


Auftrag:		Datum:	6/9/2021 10:55:25 AM	
Codenummer:		Anwender:	N Elbegzaya	
Probe:	INT21-11-09			
Methode:	Brabender ICC BIPEA 300	Drehzahl:	63.0	1/ min
Auswertung:	Brabender_ICC_BIPEA	Messzeit:	20.00	min
Kneten:	300 g		3/ 26/ 2019 1:06:28 PM	
Einwaage:	292.8	g	Standard-Mehlfeuchte:	14.0 %
Mehlfeuchte:	11.9	%	Standard-Konsistenz:	500 FE
WA (vorgegeben):	53.4	%	Min. Konsistenzbereich:	480 FE
Zusätzliche Flüssigkeit:	0.0	%	Max. Konsistenzbereich:	520 FE
			Dämpfung:	1.00

Bemerkungen:



Auswertung:			
Punkt	Einheit	Wert	Beschreibung
T	min	20.00	Messzeit
DT	°C	28.3	Dosiertemperatur
DDT	min	1.60	Teigentwicklungszeit
C	FE	509	Konsistenz
WZ	%	53.3	Wasserszugabe
WAC	%	53.5	Wasseraufnahme kor. auf Standard-Konsistenz
WAM	%	51.1	Wasseraufnahme kor. auf Standard-Mehlfeuchte
S	min	3.57	Stabilität
DS	FE	88	Teigerweichung (10 min nach Beginn)
DS(ICC)	FE	103	Teigerweichung (ICC/ 12 min nach Max.)
FQN	mm	40	Farinograph-Qualitätszahl