


Auftrag:		Datum:	6/8/2021 4:48:53 PM	
Codenummer:		Anwender:	N Elbegzaya	
Probe:	INT21-11-06			
Methode:	Brabender ICC BIPEA 300	Drehzahl:	63.0	1/ min
Auswertung:	Brabender_ICC_BIPEA	Messzeit:	20.00	min
Knetter:	300 g		3/ 26/ 2019 1:06:28 PM	
Einwaage:	292.5	g	Standard-Mehlfeuchte:	14.0 %
Mehlfeuchte:	11.8	%	Standard-Konsistenz:	500 FE
WA (vorgegeben):	63.7	%	Min. Konsistenzbereich:	480 FE
Zusätzliche Flüssigkeit:	0.0	%	Max. Konsistenzbereich:	520 FE
			Dämpfung:	1.00

Bemerkungen:



Auswertung:			
Punkt	Einheit	Wert	Beschreibung
T	min	20.00	Messzeit
DT	°C	27.6	Dosiertemperatur
DDT	min	4.45	Teigentwicklungszeit
C	FE	498	Konsistenz
WZ	%	63.7	Wasserszugabe
WAC	%	63.7	Wasseraufnahme kor. auf Standard-Konsistenz
WAM	%	61.2	Wasseraufnahme kor. auf Standard-Mehlfeuchte
S	min	5.47	Stabilität
DS	FE	52	Teigerweichung (10 min nach Beginn)
DS(ICC)	FE	76	Teigerweichung (ICC/ 12 min nach Max.)
FQN	mm	75	Farinograph-Qualitätszahl